

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 83205-21

Срок действия утверждения типа до 22 сентября 2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления PIEZUS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Пьезус" (ООО "Пьезус"), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Пьезус" (ООО "Пьезус"), г. Москва

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 202-005-2021

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года - для датчиков со значением приведенной погрешности 0,1% и более, 2 года - для датчиков со значением приведенной погрешности 0,075% и меньше

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2021 г. N 2082.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанное ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 029D109B000BAE27A64C995DDB060203A9
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022



Е.Р. Лазаренко

«27» июня 2022 г.